

Trực Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu mua sắm: Máy nội soi tai mũi họng, máy phân tích huyết học tự động phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh

Kính gửi: Quý doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh

Căn cứ đề nghị mua bổ sung thêm Máy nội soi tai mũi họng, máy phân tích huyết học tự động phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm tại biên bản họp Hội đồng mua sắm của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh ngày 25 tháng 09 năm 2024;

Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh kính mời Quý doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh gửi báo giá Máy nội soi tai mũi họng, máy phân tích huyết học tự động phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh.

Nội dung như sau:

STT	Tên hàng hóa/sản phẩm	Tiêu chuẩn, quy cách hàng hoá, sản phẩm	ĐVT	Số lượng
1	MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG	MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100%- Sản xuất: Năm 2023 trở về sau Cấu hình chi tiết: Full HD, xử lý hình ảnh kết hợp nguồn sáng Công cụ chẩn đoán hình ảnh tối ưu. <p>01. Nguồn sáng Led kèm bộ xử lý MB-150 Camera: 01</p> <ul style="list-style-type: none">- Thân chính: 01- Nguồn điện/Công suất tiêu thụ: AC220V/50Hz-120W- Nguồn sáng: Led công suất 80W- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" CMOS- Độ phân giải: 1920x1080 pixels- Video out: 1 HDMI – 1 AV1- Chức năng: - Cân bằng trắng- Điều chỉnh tăng giảm màu- Phóng to thu nhỏ hình ảnh- Dừng hình trên tay camera- Hiện thị cường độ sáng- Điều chỉnh cường độ sáng- Hiện thị mức 80% sáng khi bật- Nhiệt độ màu nguồn sáng: 6500K- Tuổi thọ bóng Led: ~50.000 giờ- Chuẩn đầu cắm sáng: Storz/Wolf- Kích thước/Trọng lượng MB-150: (300x330x130)mm/~5kg <p>02. Dây dẫn sáng:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chiều dài ~2m	Bộ	01

		<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính ống dẫn 4mm - Đường kính ngoài 10mm - Có miếng chống nóng - Chuẩn kết nối: Storz / Wolf - Ống nội soi 70° PR-202: Kích thước: Ø 4mm x 175 mm - Ống nội soi 0° PR-103: Kích thước: Ø 3mm x 110 mm <p>04. Xe để máy MT-1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cột trụ bằng nhôm đúc áp lực sơn tĩnh điện. - Bánh xe y tế Ø 75mm - Đợt để máy có lỗ cài chân điều chỉnh được lên-xuống - Thùng để đồ có ngăn kéo điều chỉnh được lên-xuống - Tay treo camera chống xước - Treo màn hình điều chỉnh lên/xuống/ngả/gập/xoay - Trọng lượng: 15kg <p>Màn hình hiển thị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước màn hình: 24 inch - Công nghệ IPS - Độ phân giải Full HD: 1920 x 1080 - Độ sáng: 250 cd/m² - Độ tương phản: 1000:1 - Thời gian đáp ứng : 5ms (Typ.) - Góc nhìn: 178⁰ - Tỷ lệ ảnh: 16:9 - Số điểm ảnh màu: 16,8 triệu màu - Tín hiệu vào video: VGA, HDMI - Công suất tiêu thụ: 18-35W 		
2	MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG 5 THÀNH PHẦN	<p>Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại máy : Máy xét nghiệm huyết học tự động - Thiết bị : Mới 100% - Sản xuất: Năm 2023 trở về sau <p>II. Cấu hình</p> <p>Máy chính: 01 bộ</p> <p>Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy: 01 bộ</p> <p>Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> <p>III. Các đặc tính và thông số kỹ thuật</p> <p>Mô tả: Tự động hoàn toàn, có vị trí khẩn cấp (STAT)</p> <p>Tốc độ: 80 test/giờ</p> <p>Nguyên lý đo: Nhuộm huỳnh quang Nucleic acid và đo dòng chảy tế bào (FCM)</p> <p>Chế độ phân tích: CBC / CBC+DIFF</p> <p>MẪU/HÓA CHẤT</p>	Bộ	01

		<p>Thể tích mẫu: 20 μl</p> <p>Mẫu đầu vào: Máu toàn phần, máu mao mạch, máu pha loãng</p> <p>Thuốc thử: GD-5 (Pha loãng) LH-5 (Ly giải HGB) LD-5 (Ly giải DIFF) DD-5 (Nhuộm) CC-5 (Dung dịch rửa)</p> <p>Thông số đo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 thông số báo cáo (WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCH-C, RDW-CW, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, P-DW, PCT, P-LCR, BASO#, BASO%, NEUT#, NEUT%EO#, EO%, LYMPH#, LYMPH%, MONO#, MONO%) • 4 thông số nghiên cứu (IG#, IG%, OTHER#, OTHER%) <p>4 biểu đồ (biểu đồ phân tán 2D và 3D, 3 biểu đồ cột)</p> <p>KHOẢNG TUYẾN TÍNH</p> <p>Đo lường khoảng tuyến tính:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WBC $1.0 \times 10^9/L \sim 10.0 \times 10^9/L$ $10.1 \times 10^9/L \sim 99.9 \times 10^9/L$ • RBC $0.3 \times 10^{12}/L \sim 1.00 \times 10^{12}/L$ $1.01 \times 10^{12}/L \sim 7.00 \times 10^{12}/L$ • HGB 20g/L \sim 70g/L 71g/L \sim 240g/L • PLT $20 \times 10^9/L \sim 100 \times 10^9/L$ $101 \times 10^9/L \sim 999 \times 10^9/L$ <p>MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG</p> <p>Nguồn điện cung cấp: 100-240V \leq 250VA, 50/60 Hz</p>		
--	--	---	--	--

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.
- Thời hạn gửi báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2024.

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính
- Hình thức gửi báo giá: Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Địa điểm nhận báo giá: Đ/c Trần Thị Thu Hiền, số điện thoại: 0974.996.178, Phòng Tài chính – Kế toán, Trung tâm Y tế huyện Trục Ninh.

Địa chỉ: Thôn Thượng Đền – Thị trấn Cổ Lễ – Huyện Trục Ninh – Tỉnh Nam Định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC



Trần Dung The